



- \* - vanaf start airwaymanagement onbeschermden first responders en omstanders op tenminste 1,5 meter zetten/houden  
- organiseer na afloop desinfectiemogelijkheid voor first responders en omstanders  
- verwijst first responders bij vragen naar hun eigen organisatie  
- bron: <https://www.reanimatieraad.nl/>

- \*\*  
airwaymanagement  
- masker/ballon beademing wordt niet toegepast  
- voorkeur SAD, tweede keus endotrachele tube  
- tijdens plaatsing SAD/tube geen thoraxcompressies uitvoeren  
- na plaatsing SAD/tube synchron beademen 30:2

beperk het aantal ambulancehulpverleners wat direct contact heeft met de patiënt zo veel mogelijk: tweede ACH bijv. inzetten als omloop

Versiebeheer:  
22 april 2020: uitbreiding aantekening airwaymanagement